

Welches Material fur welche Probe ?


Kapillare Blutentnahme Hematologie

1/1

Hematologie

BD Microtainer MAP Rohrchen EDTA MCL (Bestellnr. 624113)

BD Microtainer® MAP Rohrchen fur die automatisierte Verarbeitung



Fur die Verarbeitung der Rohrchen auf unseren Automaten, mussen diese bis zur Marke 375 aufgefullt werden, jedoch fur die « manuelle » Verarbeitung reichen 250.